



索引号	BZGG-2022-104	主题分类	标准公告
标题	国家药监局关于发布YY 0719.2-2022《眼科光学 接触镜护理产品 第2部分：基本要求》等20项医疗器械行业标准及2项医疗器械行业标准修改单的公告（2022年第87号）		
发布日期	2022-10-20		

国家药监局关于发布YY 0719.2-2022《眼科光学 接触镜护理产品 第2部分：基本要求》等20项行业标准及2项医疗器械行业标准修改单的公告（2022年第87号）



发布

YY 0719.2-2022《眼科光学 接触镜护理产品 第2部分：基本要求》等20项医疗器械行业标准及2项医疗器械行业标准修改单已经审定通过，现予以公布名称、适用范围和实施日期见附件。

特此公告。

附件：1.医疗器械行业标准信息表

2.YY/T 0653-2017《血液分析仪》医疗器械行业标准第1号修改单

3.YY/T 0659-2017《凝血分析仪》医疗器械行业标准第1号修改单

[国家药品监督管理局2022年第87号公告附件1.docx](#)

[国家药品监督管理局2022年第87号公告附件2.docx](#)

[国家药品监督管理局2022年第87号公告附件3.docx](#)

本站由国家药品监督管理局主办 版权所有：国家药品监督管理局

Copyright © NMPA All Rights Reserved

网站标识码bm35000001 备案序号:京ICP备13027807号 京公网安备11010202008311号

地址：北京市西城区展览路北露园1号 | 邮编：100037 | [联系我们](#)



政府网站
找错

附件 3

YY/T 0659 - 2017 《凝血分析仪》
医疗器械行业标准第 1 号修改单

(自发布之日起实施)

一、条款 6.10 中，公式

“ ”

$$r = \frac{\sum (X - \bar{X})(Y - \bar{Y})}{\sqrt{\sum (X - \bar{X})^2 \sum (Y - \bar{Y})^2}} \dots\dots\dots (6)$$

修改为

“ ”

$$r = \frac{\sum (X - \bar{X})(Y - \bar{Y})}{\sqrt{\sum (X - \bar{X})^2} \sqrt{\sum (Y - \bar{Y})^2}} \dots\dots\dots (6)$$